

# 学校給食用食材の放射性物質検査結果

公表日：令和元年12月9日(月)

検査日：令和元年11月22日(金)～令和元年12月5日(木)

令和元年12月第1週分

【検査機器】 NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ  
ATOMTEX社製 AT1320A

【測定項目】 放射性セシウム濃度(簡易測定)

(測定下限値は、セシウム134及びセシウム137の合計が25Bq/kg以下となるように測定)

No.	測定日	市町村名等 (検査対象調理場等)	検査品目	生産地 (加工食品の場合は、 製造者又は販売者の 所在地)	検査結果	
					放射性セシウム	
					134 (Bq/kg)	137 (Bq/kg)
1	12月5日	青森市 小学校給食センター	冷凍さんま オレンジ煮	岩手県	検出されず	検出されず
2	12月5日	青森市 単独校	冷凍 さば生姜煮	宮城県	検出されず	検出されず
3	12月5日	青森市 中学校給食センター	きゅうり	群馬県	検出されず	検出されず
4	12月5日	青森市 浪岡学校給食センター	長ねぎ	秋田県	検出されず	検出されず
5	11月27日	弘前市 西部学校給食センター	きゅうり	宮崎県	検出されず	検出されず
6	11月27日	弘前市 西部学校給食センター	キャベツ	六ヶ所村	検出されず	検出されず
7	11月27日	弘前市 東部学校給食センター	鶏もも角切り	横浜町	検出されず	検出されず
8	11月22日	八戸市 八戸市内学校給食センター	さんま塩焼き	八戸市	検出されず	検出されず
9	11月29日	八戸市 八戸市内学校給食センター	長いも	五戸町	検出されず	検出されず
10	11月29日	八戸市 八戸市内学校給食センター	白菜	おいらせ町	検出されず	検出されず
11	11月29日	八戸市 八戸市内学校給食センター	白菜	岩手県	検出されず	検出されず
12	11月29日	八戸市 八戸市内学校給食センター	白菜	茨城県	検出されず	検出されず

注1) 「検出されず」とは、放射性物質が存在しないこと、または測定下限値の25Bq/kg未満であることを表します。

注2) 「再検査」とは、簡易検査において50Bq/kg以上の数値が検出されたため、検査機関による精密検査を実施していることを表します。