

第3号様式
畜産課企画管理グループあて
(E-Mail:chikusan@pref.aomori.lg.jp)

質問書【回答】

令和8年10月2日

青森県知事 殿

所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
連絡先
担当者氏名
電話番号
FAX
E-Mail

令和8年9月18日付けで公告した一般競争入札について、次のとおり質問があるので提出します。

記

1 入札件名 青森県上北農林水産事務所中央家畜保健衛生所分析機器等移設業務委託

2 質問事項

No.134、179、502の安全キャビネットにつきまして、過去に病原菌等を使用された実績はございますでしょうか？

※廃棄（撤去）する際に庫内の滅菌、燻蒸が必要になるかを確認致したく存じます。
何卒宜しくお願い申し上げます。

【回答】

全ての安全キャビネットについて、病原菌等を使用した実績がありますので、廃棄（撤去）する際は滅菌等の措置を講じる必要があります。

注 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。